

АКТ
проведения испытаний набора штангенциркулей

Для проведения испытаний фирмой ООО «Линкс-Раша» был поставлен на предприятие ОАО «Кузнецов» комплект штангенциркулей в наборе из 2-х штук:

- Штангенциркуль сер. 605 200/0,01 с электронным выводом данных заводской номер №11088950
- Штангенциркуль сер. 605A 300/0,01с электронным выводом данных заводской номер №138158

Испытания штангенциркулей проводились в ЦИЛе предприятия на деталях и узлах серийной продукции.

Испытания происходили на протяжении 2-х дней.

Штангенциркуль фирм «Links» зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Стабильность (повторяемость) проверялась по аттестованным КМД (Концевым Мерам Длины) и составляет 0,03...0,04 мм. Что удовлетворяет задаваемым критериям (поскольку штангенциркули имеют стабильность погрешности измерения не выходящую за 0,05 мм).

Штангенциркули полностью отвечают всем требованиям надежности и могут рекомендоваться для закупки на предприятии ОАО «Кузнецов».

Зам. гл. технолога

Нач. БЭВ КИМ

Миронов А.А.

9.04.15

Колосков М.Е.